

Yabiku Ionket

ヤビク・イオンケット

取扱説明書

(保証書付)

サング

オーガニックコットン

天然鉱石



イオン発生マット

マット面電磁波対策

- この度は、「ヤビク・イオンケット」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
- この製品を使用するにあたり、本書を十分にお読み頂き正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管して必要な時にお読みください。

ご使用前に

商品をご確認ください



「安全上のご注意」をお読みください

発売元



琉球温熱療法株式会社
Ryukyu Therming Holistic Therapy

【安全上の注意】

 警告	この表示の注意事項を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 注意	この表示の注意事項を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。



必ずお守りください!

製品を安全に正しくお使い頂き、貴方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、下記の注意事項をよくお読みになって、使用してください。

【警告】

身体各部を暖める目的以外には使用しないこと。

【禁忌・禁止】

1. 粘膜・弱い皮膚には使用しない。
2. 身体が自由に動かせない人及び小児以下は使用しない。
(保護者又は医師等の監督下で使用する場合はこの限りではない)
3. 睡眠薬などを服用した人及び酩酊状態の人は使用しない。
4. 温度感覚喪失が認められる人は使用しない。



飲酒時、眠気時の注意!

酒気、眠気のある時はご使用にならないでください。



1. 使用される前に!



医師への相談をしてください!

次の人は、御使用される前に医師と相談し、医師の指示に従ってください。

- ◎悪性腫瘍がある人
- ◎心臓に障害がある人
- ◎ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を装着されている方はご使用をお控えください。
- ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ◎安静を必要とする人
- ◎体温38℃以上(有熱期)の人。急性炎症症状(倦怠感・悪寒・血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき。
- ◎脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の人
- ◎低温火傷をしたことのある人
- ◎妊娠初期の不安定期又は出産直後の人

2. 重要な基本的注意

- (1) 火傷の恐れがある為、熱いと感じたら患部から発熱部を離す事。
- (2) 本品の使用によって発疹、発赤、かゆみ等の炎症が現れた場合は、使用を中止すること。
- (4) 皮膚に火傷が生じることがありますので、1時間を越えて使用しないこと。
- (5) 発熱面の被覆布が損傷した状態では、使用しないこと。

3. 高齢者への適用

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、使用には十分に注意すること。

4. その他の注意事項

- (1) 浴室などの湿度の高いところでは使用しないこと。
- (2) 火災、感電、故障の原因となるため、最大AC100V以外では使用しないこと。
- (3) 一般の御家庭でご使用してください。
- (4) 汗等でカバーが濡れた場合は、乾かしてからご使用してください。
- (5) 発熱面の被覆布が損傷した状態で使用すると、火災、感電、故障の原因となる為被覆布及びカバーの状態には常に注意すること。

5. 使用前の注意事項

- (1) 電源コンセントへの差込みは、正しく確実に接続すること。
- (2) 操作スイッチ、ランプ、タイマーなどが、正常に作動するか確認すること。
- (3) しばらく使用しなかった機器を使用するときは、(1)(2)に準ずる他、機器が正常に、かつ安全に作動することを確認すること。
- (4) 機器破損、断線等が発見されたときは直ちに使用を中止し、修理を依頼すること。
- (5) 他の治療器、健康機器等と同時に使用しないこと。

6. 使用中の注意事項

- (1) 機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止し、電源を切る。
- (2) 身体及び機器に異常を感じたときは、使用を直ちに中止すること。
- (3) 停電のときは直ちにコンセントより電源プラグを抜くこと。
- (4) 使用中は身体を安静にし、リラックスした状態で利用すること。
- (5) 故障、破損の恐れがあるので、本体を落下させたり衝撃を与えたり、硬いものにぶつけたりしないこと。



加温してはいけない箇所

頭頂部、心臓部への加温は避ける。
1時間以上、一定箇所にあてない。

7. 使用後の注意事項

- (1) 操作スイッチなどを元の位置に戻した後、電源を切る。
- (2) コンセントから外すときは、プラグをもって引き抜くなどしてケーブルの接続部に無理な力を掛けないこと(ケーブルを引っ張る等しないこと)



【使用上のアドバイス】

- ・このヤビク・イオンケットは琉球温熱療法が手軽にできる事を目的として、開発した商品です。
- ・当社のスタッフに適切な使い方の指導を受けられると、より効果的に身体を癒すことができます。



注 意

ご使用になる場合の基本的注意事項

- ご使用の際は、付属のカバーに入れて使用してください。
使用中の使用面の温度は、30～55℃で保持されています。
従って高めの設定でそのまま動かさないでいると低温火傷になる恐れがあります。
- 湿ったカバーは使用しない。
使用中汗をかいた場合は十分にふき取り、カバーが濡れた場合は良く乾燥してからご使用下さい。又、湿った状態で使用されますと、設定以上に熱く感じる場合があります。
- 100Vコンセント以外では使わない。
ヤビク・イオンケットは家庭用電源AC100Vのコンセントにのみご使用ください。
- ケーブルは鋭角に曲げない。
ヤビク・イオンケットの結線に用いているケーブルをハンドルに巻き付けたり、縛ったり、ケーブルの根元を鋭角に曲げるような操作は断線・故障の原因となりますので、おやめください。
- ヤビク・イオンケットは湿気や火気を嫌う。
ヤビク・イオンケットは家庭用電源100Vの電気製品です。水で濡れたり、湿気の多い浴室での使用や保管、また精密な温度制御機器であることから本製品全体を布団や毛布で包んだり、コタツの中での使用は絶対におやめください。
- 折りたたんで使用しない。
過剰過熱による事故、故障の原因になりますのでおやめください。



警 告



注 意

取扱い上の注意




- (1) 火災、感電等の原因となる為、機器の分解、改造、修理は行なわないでください。
- (2) 取扱いを間違えると不具合を生じる事がある為、使用方法、使用上の注意を厳守してください。

【使用例】

肩・背中

腰

腹部・ひざ



【各部の名称及び仕様】

カバー

ファスナー

本体マットの
出入口

使用面
表示タグ

コントローラー

本体

イオン発生面
(イオン鉱石配合ゴム状突起)

使用面
表示タグ

コントローラー

電源プラグ

電源
ON/OFF



残り時間
表示
10分
40℃

残り時間
表示

設定温度
表示

UP
DOWN
温度
設定
スイッチ

温度設定
スイッチ

琉球温熱療法院

●仕様

定格電圧	: 家庭用電源AC100V	消費電力	: 最大180W
設定温度範囲	: 30℃～55℃	切断タイマー	: 1時間
温度過昇防止	: サーモスタット90℃	電源ヒューズ	: 3.0A (プリント基板組込)
重さ	: 1600g (カバーを除く)		
外形寸法	: 幅450mm×厚さ13mm×奥行800mm		
包装	: 1包装: 1台 (付属品: 本体カバー1枚・取扱説明書1冊)		




【操作・使用方法】

●製品機能


- ・操作表示部・制御基板で全ての機能が制御されており、発熱部温度は30～55℃の範囲で設定可能です。
- ・このヒーター部の加熱により珊瑚砂が過熱され、穏やかな保湿を伴い身体に熱が加えられます。
- ・発熱部は、有害な電磁波を抑制する特殊なヒーターを使用しています。

●操作方法


- ①本体とカバーの使用表示タグが、同じ方向になるように入れてください。




- ②電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。



- ③ヤビク・イオンケットの使用表示タグのある面を身体にあててください。



- ④コントローラーの電源スイッチを2秒間押します。



- ⑤温度設定ボタン(▲▼)により好みの温度に設定してください。

- ⑥約5分で設定温度になります。

- ⑦肩、腰、腹部などさまざまな部位に当てて加温を行なってください。
(使用開始から1時間後に自動で電源は切れます。)

- ⑧使用を途中で止めたい場合は電源スイッチを2秒間押してください。

- ⑨使用後はコンセントから電源プラグを抜きます。

- ⑩ERと表示した場合は故障が検出された事をお知らせしています。
故障サポートセンターまでお問い合わせください。



・熱いと感じたら加温部位から本製品を離してください。
・付属品以外は絶対に使用しないでください。

【お手入れ・保管方法】

お手入れ方法

- 1.外したカバーは洗濯表示に従って洗濯をして下さい(表示はカバーの内側にあります)。
- 2.本体は洗えません。中性洗剤を含ませた布を硬く絞り良く拭きとってください。
その後は自然乾燥してください。

保管方法



- 1.本体、付属品などは、次回の使用に支障が無いように清潔にし、湿気の少ないところに整理、保管してください。
- 2.次のようなところに保管しないでください。
 - ◎水のかかるところ。
 - ◎高温、多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
 - ◎傾斜、振動(運搬時を含む)のあるところ。
 - ◎化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。
 - ◎乳幼児、小児の手の届くところ。
- 3.本体は、無理にたたまないでください。
中のヒーター線等の破損、故障及び縫製のほつれにより珊瑚の流出の原因になります。

保守・点検に係る事項

- (1)機器を衛生的に保つ為、汚れや埃などが付着した場合は、速やかにふき取るようにしてください。
- (2)長時間使用しない場合であっても、定期的に機器が正常に作動するか確認してください。
- (3)機器に故障が発見された場合には、ご使用をお止めになり、故障サポートセンターまでお問い合わせください。
- (4)付属のカバーが破損した時は、販売店までお問い合わせの上、新品をご購入してください。
- (5)寿命の終わった機器又は付属品の廃棄に関しては、お住いの地域で定める条例に従って廃棄してください。

●長年ご使用の「小型電気温熱マット」の点検を！

愛情点検



このような症状はありませんか？


- 電源ケーブルや電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体が変形している。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止の為、コントローラーの電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて必ず故障サポートセンターにご相談ください。

保 証 書

この製品は当社製品検査に合格したものです。

お客様の正常なご使用状態で、万が一故障したときは、本保証書に記載された保証規定に従い、無償修理いたします。

製品番号 I1106-132	検査印 
購入年月日 から1年間	
取扱店	

保証規定

この商品の保証期間はご購入の日から満1年です。

次に該当する場合には、保証期間内でも有料修理になります。

- 1.誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
- 2.保管上の不備によるもの、及び使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- 3.火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源及びその他の天災地変や衝撃による故障又は損傷。
- 4.保証書のご提示がない場合。
- 5.保証書にお買い上げ年月日、保証期限、販売店などの記載の不備がある場合、あるいは語句を書き換えられた場合。
- 6.ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品の交換。

*お買い上げ店または弊社営業所にご持参頂くに際しての諸費用は、お客様でご負担願います。

◎保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

発売元： 琉球温熱療法院

〒901-2316 沖縄県中頭郡北中城村字安谷屋1147番地

TEL.098-935-0075 FAX.098-935-0079

故障サポートセンター

フリーダイヤル **0120-269-829**

(月～金) 9:00～17:00

輸入元： (株)相生電子

〒389-2302 長野県下高井郡木島平村往郷1027

TEL.0269-82-3918 FAX.0269-82-4128